



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 30.АЦ.02.000.М.000478.08.19 от 08.08.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, д. 83, кадастровый номер: 30:12:010084:107, этаж 1, комната № 18 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
федеральное государственное бюджетное учреждение "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору". г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, д. 21в ("Российская Федерация")

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.13287-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) (с изменениями на 16 сентября 2013 года)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2488 от 30.07.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области".

Заключение действительно до 08.08.2024 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3007732**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 30.АЦ.02.000.М.000478.08.19 от 08.08.2019 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих деятельность в области использования источников ионизирующего излучения при определении пестицидов: эксплуатация источников ионизирующего излучения, хранение источников ионизирующего излучения.

1. Тип аппарата - радиоизотопный прибор с закрытым источником бета-излучения BNi3.C3.4.R на основе радионуклида Никель-63 (Ni63).
2. Фирма, завод-изготовитель - ЗАО "РИТВЕРЦ", Россия
3. Дата изготовления - 19.12.2018 г.
4. Активность - 999х1000000 Бк
5. Заводской номер № BNi3/475.18.

Паспорт № 6080/20 на закрытый источник бета-излучения бета-излучения BNi3.C3.4.R на основе радионуклида Никель-63 (Ni63).

В соответствии с требованиями пункта 1.7.2. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" изделия, содержащие радионуклидные источники, освобождаются от контроля после оформления санитарно-эпидемиологического заключения, если мощность амбиентного эквивалента дозы в любой точке на расстоянии 0,1м от внешней поверхности которых при любых возможных режимах эксплуатации изделия не превышает 1,0 мкЗв/ч.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

